



中认检科认证技术服务（深圳）有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L24234

检验报告



申请商： 山东九兴药业有限公司
申请商地址： 山东省菏泽市单县园艺街道汇锦城21栋厂房

检测机构： 中认检科认证技术服务（深圳）有限公司
地址： 深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路12号中海信创新产业城12栋201东

报告编号： ZR01120490354
产品名称： 穴位贴敷治疗贴
主检型号： /
测试日期： 2025年12月31日 ~ 2026年01月07日
报告日期： 2026年01月07日
检验类型： 委托检验



WpUZasO

wClacNr

检 验 报 告

报告编号: ZR01120490354

申请商: 山东九兴药业有限公司

样品名称: 穴位贴敷治疗贴

申请商地址: 山东省菏泽市单县园艺街道汇锦城
21栋厂房

型 号: /

制造商: 山东九兴药业有限公司

商 标: /

制造商地址: 山东省菏泽市单县园艺街道汇锦城
21栋厂房

样品数量: 1PCS

附加型号: /

试验依据标准: 产品技术要求编号:鲁械注准20252200083

试验结论: 合格

主检:

签名: 吴丁 日期: 2026年01月07日

审核:

签名: 李能达 日期: 2026年01月07日

批准:

签名: 周新清 日期: 2026年01月07日

中认检科认证技术服务(深圳)有限公司
检验检测专用章
2026年01月07日

备注: /

序号	检验项目	技术标准	检验结果	判定
1	外观	穴位贴散治疗贴表面应无杂质、无漏涂, 无脱膏	符合要求	合格
2	尺寸	穴位贴敷治疗贴尺寸应符合产品型号规格的要求, 允评误差为 $\pm 2\text{mm}$	符合要求	合格
3	剥离强度	四周黏贴区域剥离强度应不低于 1.0N/cm	符合要求	合格
4	持粘性	四周黏贴区域持粘性应不大于 2.5mm	符合要求	合格
5	残留物	粘胶层在温度为 37°C 条件下放置 30min , 应无明显的残留粘性物质	符合要求	合格



报告结束

声 明

Statements

1. 报告的检测结果只与被检测的项目有关。
2. 报告有效期为壹拾贰个月。
3. 报告无检验检测专用章或检测单位公章无效, 骑缝位置也应加盖, 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 对社会出具能力范围内具有证明作用数据、结果时, 应当标注检验检测机构资质认定标志。
5. 报告随意涂改复印无效, 如复印需经本公司同意并加盖公章。
6. 本报告仅对来样检验检测结果负责。
7. 对报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理, 委托方需要书面申请上传之后 10 个工作日之后方可查询
8. 委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品, 视作允许检测单位自行处理。

